

咨询处理 - 默认咨询 #1586

自动位移台

2026-03-30 11:23 - 单文惠

状态:	已反馈	开始日期:	2026-03-30
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:			
完结状态:			
描述			
https://www.lier-opto.com/page11?product_id=2906&brd=1 单轴线性位移平台，量程 ≥ 25mm，速度 ≥ 20mm/s，带编码器且中心负载25kg的，三个组成xyz的，z方向应该需要水平负载了 客户未明确回复需要时间及要几个，宁欣洋跟进中			
子任务:			
软件咨询 # 1587: 电动位移台软件可行性			已反馈

历史记录

#1 - 2026-03-30 11:29 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 分析中

#2 - 2026-03-30 11:33 - 薛立京

- 状态 从 分析中 变更为 评估中

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

#3 - 2026-03-30 11:39 - 宁欣洋

- 优先级 从 C级 变更为 B级

XYZ三个轴，Z轴为水平升降
行程>25mm,重复定位精度 ± 1.5um，需要上光栅尺
最终负载10k
速度>20mm/s
需要外部触发功能（也可软件触发）
因为这个是闭环点电动位移台，所以需要给曹经理说明，软件出发是否可实现问题。
目前公司有的是单轴平移 ± 1um的台子。

#4 - 2026-03-30 11:41 - 薛立京

- 跟踪 从 硬件咨询 变更为 默认咨询

#5 - 2026-03-30 11:41 - 宁欣洋

- 跟踪 从 默认咨询 变更为 硬件咨询

- 计划完成日期 被设置为 2026-04-02

- 优先级 从 B级 变更为 A级

这个咨询，预计3天之内就会确定下来。是否采购。我已经沟通可先用标品替代方案，对方接受度很高。
计划完成日期的时间指的是签订合同的时间

#6 - 2026-03-30 11:42 - 薛立京

- 子任务 #1587 已添加

#7 - 2026-03-30 11:49 - 薛立京

- 跟踪 从 硬件咨询 变更为 默认咨询

#8 - 2026-03-30 14:09 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 缺少信息

#9 - 2026-03-31 09:45 - 薛立京

- 状态从 缺少信息 变更为 更新

#10 - 2026-03-31 09:45 - 薛立京

- 状态从 更新 变更为 分析中

#11 - 2026-03-31 09:45 - 薛立京

- 状态从 分析中 变更为 评估中

#12 - 2026-03-31 09:46 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈