

咨询处理 - 硬件咨询 #1623

硬件咨询 # 1538 (已反馈): 光电集成系统

光隔离器

2026-04-08 15:50 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-04-08
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-04-11
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:			

描述

客户用的

5毫米光圈隔离器，SV系列

第几部分。	光圈 Ø (mm)	尺寸 (毫米)	设计波长 (nm)	隔离，保证/典型 (dB)	设计波长下的透射率 (%)	边界波长的传递率 (%)	典型调谐范围 (nm)	伤害阈值 @ 1.2 ps脉冲 (J/cm²)	伤害阈值 @ 8 ns 脉冲 (J/cm²)	尺寸 基底 (LxWxH) (mm)
Back 845110100131 5		Ø40x48.9	405	> 35	> 88年	> 85	400 - 420	0.2 @ 405 nm	2.6 @ 405 牛米	

我们找的

TUNING RANGE	ISOLATION	TRANSMISSION
350 TO 390	28 - 30dB	85%

客户觉得贵
需要了解的是，国产做的，与客户用的差别在哪里？隔离度能达到多少，价格是多少？

历史记录

#1 - 2026-04-09 15:26 - 单文惠

- 计划完成日期 从 2026-04-09 变更为 2026-04-11
- 指派给 从 单文惠 变更为 宁欣洋

淘宝咨询商户：芯飞睿光宝光电芯晶睿产品店

可满足定制以下参数的空间光隔离器：
波长--375nm
通光孔径--2.5mm（客户要求5mm，这个产商做不了，只能做2.5mm）
功率---0.1w
隔离度----大于 35
透过率---大于 88%
单级

报价反馈周期：1--2天

明后天（4月10日，11日）持续跟进

#2 - 2026-04-10 11:34 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 单文惠

#3 - 2026-04-10 11:38 - 单文惠

- 指派给 从 单文惠 变更为 薛立京

淘宝咨询商户：芯飞睿光宝光电芯晶睿产品店
反馈：可以提供最长半年的试用
参数：
波长--375nm

通光孔径--2.5mm（客户要求5mm，这个产商做不了，只能做2.5mm）
功率---0.1w
隔离度----大于 35
透过率---大于 88%
单级
产品信息：此产品是他们新研发的，4月底可以做完
联系时间：4月底之前与他们确认即可，已加微信。

#4 - 2026-04-10 13:40 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 分析中

#5 - 2026-04-10 13:40 - 薛立京

- 状态从 分析中 变更为 评估中

#6 - 2026-04-10 13:41 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

文件

clipboard-202604081549-wkzgs.png	34.7 KB	2026-04-08	宁欣洋
clipboard-202604081549-izuda.png	11.7 KB	2026-04-08	宁欣洋