

咨询处理 - 硬件咨询 #1710

平行光管

2026-04-21 22:35 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-04-21
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	10:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
应用：测棱锥的角度，测分光片，测可以有反射功能的镜片，测动态角度 尺寸要求<500mm，精度正负0.1角秒 波长635nm 通光直径15-20mm，外径无特殊要求 激光器原始光斑入射，功率0-40mw可调，连续光，最终输出准直输出，准直距离不受限制。 希望周四之前给出最终的价格预期			

历史记录

#1 - 2026-04-22 10:50 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-04-22 13:11 - 薛立京

- 文件 F-500型透射式平行光管产品规格书.docx 已添加

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

没有参数完全符合的，这款是相对接近一点的。重庆誉峻科技有限公司，型号F-500型透射式平行光管，成本价格15800，含税运，目前有现货

#3 - 2026-04-23 16:23 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

#4 - 2026-05-14 14:58 - 宁欣洋

- 文件 clipboard-202605141458-oiqjl.png 已添加

- % 完成 从 0 变更为 90

- 完结状态 已成单 已添加

zemixe的光路图，两头镜片尺寸是1英寸。同轴度高。
通光孔径小于等于20mm，消色差透镜焦距是300mm。
[图片]
clipboard-202605141458-oiqjl.png

#5 - 2026-05-16 16:44 - 薛立京

- 文件 平行光管.pdf 已添加

- 文件 平行光管.STEP 已添加

- 文件 平行光管.html 已添加

选的400焦距的，因为压住消色差透镜的卡环会占一部分长度，如果选500焦距，总长会大于500，所以初步选定400焦距。具体尺寸见PDF示意图，没有用特氟龙垫圈（特氟龙垫会增加轴向间隙，容易轻微偏心、调焦走位，而且外框深度也放不下特氟龙垫圈）。看设计是否有问题，如果没问题，给我个反馈，安排出加工图纸报价。

文件

F-500型透射式平行光管产品规格书.docx	584 KB	2026-04-22	薛立京
clipboard-202605141458-oiqjl.png	22.7 KB	2026-05-14	宁欣洋
平行光管.pdf	59 KB	2026-05-16	薛立京

平行光管.STEP	1.58 MB	2026-05-16	薛立京
平行光管.html	10.4 MB	2026-05-16	薛立京