

咨询处理 - 硬件咨询 #2415

马英伦-北京理工-分光片

2026-09-04 10:18 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-09-04
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
尺寸40x40mmx4mm 想做分光平片，分光比反9透1，光源是白光光源，我个人理解是会有P或者s光都存在，我理解的可对，是否还是需要消偏振的分光平片			

历史记录

#1 - 2026-09-04 10:33 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-09-04 10:34 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

第一个问题表格里参数完全不对，这是个反射镜的参数
第二个问题单纯知道白光判断不了光的偏振态，还是得问客户自己需不需要消偏振

文件

clipboard-202609041016-etamw.png	46.1 KB	2026-09-04	宁欣洋
----------------------------------	---------	------------	-----