

咨询处理 - 硬件咨询 #2535

山西大学-蒋源的窄带滤光片

2026-09-14 13:34 - 薛立京

状态:	已反馈	开始日期:	2026-09-14
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
917nm-2-3nm的带宽吧，od正常就行，尺寸就是普通的25.4 查一下有没有符合要求的。透过率看看标准品能到多少			

历史记录

#1 - 2026-09-14 13:34 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-09-14 14:25 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

中心波长917nm不太常用，没有现货标准品，2-3nm带宽，可以定制，但是需要单独镀膜，镀膜费都需要上万元。透过率需要设计好镜片，才能得出透
过率的值，所以得看客户预算是否充足。充足可接受的情况下，联系厂家进行设计，计算透过率

#3 - 2026-09-14 14:29 - 薛立京

中心波长能和带宽还能放宽吗。有一家有BP905-6和BP926.3-1.5。