

咨询处理 - 硬件咨询 #2708

钱文启-定制转接板


2026-10-08 11:29 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-10-08
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
在这个台子上面加一个扩大转接板，尺寸是160x80x10mm。本色氧化处理。数量1个。价格260。货期2周。做沉头通孔，上面要放置一个仪器。只做向下沉头即可。			

历史记录

#1 - 2026-10-08 11:29 - 宁欣洋

- 文件 clipboard-202610081129-emytr.png 已添加
- 优先级 从 C级 变更为 A级



#2 - 2026-10-08 11:40 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#3 - 2026-10-08 11:42 - 薛立京

- 指派给从 薛立京 变更为 索鹏鑫

此台子为五轴光纤调整架，模型图我发到群里。根据描述设计转接板，出三维模型、html及二维加工图纸。

#4 - 2026-10-08 13:21 - 索鹏鑫

- 文件 160x80x10mm转接板.html 已添加

- 指派给从 索鹏鑫 变更为 宁欣洋

#5 - 2026-10-08 13:45 - 宁欣洋

- 指派给从 宁欣洋 变更为 薛立京

我需要完整的适配效果图，5轴+转接板的。

#6 - 2026-10-08 13:47 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫

#7 - 2026-10-08 13:48 - 索鹏鑫

- 文件 五轴光纤调整架160-80-10转接板.html 已添加
- 指派给 从 索鹏鑫 变更为 宁欣洋

#8 - 2026-10-08 13:52 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

这个不行，干涉了，没法使用了
不过为啥直接到我这了？
需要调整更改

#9 - 2026-10-08 13:57 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫

#10 - 2026-10-08 14:05 - 索鹏鑫

- 文件 已删除 (五轴光纤调整架160-80-10转接板.html)

#11 - 2026-10-08 14:05 - 索鹏鑫

- 文件 五轴光纤调整架160-80-10转接板.html 已添加
- 指派给 从 索鹏鑫 变更为 宁欣洋

#12 - 2026-10-08 14:18 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

没问题了，可以上架商城了。按照我给的价格还有工期和要求。
上完告诉我一下。

#13 - 2026-10-08 14:42 - 薛立京

- 文件 160x80x10mm转接板加工图纸.rar 已添加
- 状态 从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

型号：LO-DZZJ-H5S10
加工图纸也已上传

文件

clipboard-202610081129-emytr.png	331 KB	2026-10-08	宁欣洋
160x80x10mm转接板.html	9.5 MB	2026-10-08	索鹏鑫
五轴光纤调整架160-80-10转接板.html	17.2 MB	2026-10-08	索鹏鑫
160x80x10mm转接板加工图纸.rar	192 KB	2026-10-08	薛立京