

咨询处理 - 硬件咨询 #2803

粤港澳王莹-定制镜片-4个

2026-10-21 13:52 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-10-21
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
clipboard-202610211351-8sijm.png			

历史记录

#1 - 2026-10-21 14:01 - 宁欣洋

- 文件 平凹镜设计（曲率半径1米，直径10mm，凹面镜反射部分直径5mm）.step 已添加

图纸已上传，按照40-20，面精λ/4

#2 - 2026-10-21 14:04 - 宁欣洋

模型作为参考，镜子厚度要求5mm，模型的厚度可能中间反射部分5mm，外围不是5mm。最终按照外围5mm厚，来评估。

#3 - 2026-10-21 14:10 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#4 - 2026-10-21 14:16 - 薛立京



- 文件 clipboard-202610211410-tyiwt.png 已添加

- 文件 clipboard-202610211411-9pj8l.png 已添加

- 状态 从 评估中 变更为 缺少信息

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

- 1.三维模型上有两个镜片，镜片1是个平平镜片，直径10mm，厚度2.99mm；镜片2是直径10mm，曲面直径5mm，厚度3mm。见图2，这个是搞错了吗？
- 2.图片上写着镜片直径1英寸，曲面直径0.5英寸，厚度5mm；三维模型上的尺寸直径10mm，曲面直径5mm，厚度3mm。尺寸对不上，按哪个来？



#5 - 2026-10-22 11:43 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

按照图片来。

#6 - 2026-10-22 15:30 - 薛立京
- 状态从 缺少信息 变更为 更新

#7 - 2026-10-22 15:30 - 薛立京
- 状态从 更新 变更为 评估中

#8 - 2026-10-22 15:32 - 薛立京
- 状态从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

青岛镭创 一共1.4W（含4片镜子），货期5-6个周，含税运

#9 - 2026-10-23 17:14 - 薛立京
福晶：
Ref: PGD122767
平凹透镜, C7980, R1:-1000
DIA25.4*Te5
如图
S1: AR-761nm, R<0.5%@761nm, AOI=0 °
S2: HR-761nm, R>99.9%@761nm, AOI=0 °
Qty=4, ¥ 3700/pc
Qty=10, ¥ 1610/pc
光洁度40/20, 面型L/4
货期7周

文件			
clipboard-202610211351-8sijm.png	715 KB	2026-10-21	宁欣洋
平凹镜设计（曲率半径1米，直径10mm，凹面镜反射部分直径5mm）.step	15.1 KB	2026-10-21	宁欣洋
clipboard-202610211410-tyiwt.png	211 KB	2026-10-21	薛立京
clipboard-202610211411-9pj81.png	215 KB	2026-10-21	薛立京